

Fotometro Pooltest Expert



Dorfstrasse 21
9621 Oberhelfenschwil CH
+41 71 375 66 30



Specifiche tecniche:

Kit di test per piscine semplice ed efficace per i gestori e i tecnici della piscina

Testate i seguenti valori in modo rapido e affidabile, 35 test guidati da menu:

Assorbimento | Domanda acida | Alcalinità, totale | Alluminio | Ammoniaca (compressa di indofenolo) | Bromo, totale Bromo, totale (in presenza di Cl₂) | Durezza calcica | Durezza calcica (piscine salate) | Cloro e clorammine | Biossido di cloro | Cloro HR | Cloro, cloro libero, cloro libero e totale (XF, XT) | Cloro, libero (XF) | Cloro, cloro totale | Rame, libero | Rame, libero e totale | Acido cianurico | Durezza totale | Perossido di idrogeno HR | Ferro MR | Indice di bilancio idrico di Langelier | Manganese HR | Ozono | Ozono (Cl₂ o Br₂ presenti) | Fosfato LR | pH rosso fenolo | Sale | Solfato | Trasmittanza

Il set viene fornito in una pratica valigetta ed è composto da:

Dispositivo di misurazione portatile: Pooltest Expert | 10x cuvette da 10ml | 10x bastoncini di agitazione | 1x pennello | 1x siringa da 10ml | 1x cavo USB | 1x panno per la pulizia | starter set di reagenti

Starter set di reagenti:

Pratico contenitore | 50 Pz. DPD 1 Cloro libero | 50 Pz. DPD 3 Cloro totale | 30 Pz. DPD XF Cloro libero 0 -10 mg/l | 30 Pz. DPD XF Cloro totale 0 – 10 mg/l | 50 Pz. Valore pH 6,5 – 8,4 | 10 Pz. Durezza del calcio: 0 – 500 mg/L | 10 Pz. Acido cianurico: 0 – 150 mg/L | 10 Pz. Alcalinità totale: 0 – 500 mg/L

Dispositivo:	Fotometro con due sorgenti luminose e lettura diretta delle calibrazioni di prova pre-programmate
Lunghezze d'onda di picco:	530 nm 575 nm 620 nm
Precisione:	+/-1.0 % T
Display:	Schermo LCD a colori in rapporto 16:9, risoluzione 800 x 480 pixel
Interfaccia utente:	Touch screen
Dimensioni e peso:	211 x 195 x 52 mm 850 g
Protezione IP:	IP 67
Alimentazione:	6 batterie AA da 1,5 V o USB indipendente
Connessione:	Tramite l'applicazione Windows (USB) o l'applicazione mobile (codice QR)
Spazio di archiviazione:	Accesso a 1.000 record di dati tramite lo schermo del dispositivo

